ECG Time S/S*Accu*

Langzeit-EKG

Mini Holter Rekorder - Komfort und Leistung in neuer Dimension

- Hoher Tragekomfort durch ergonomische Form
- Kabellos, klein und leicht
- Speicherkapazität von bis zu 60 Tagen
- Einfache Konfiguration, Inbetriebnahme und Anwendung
- Bluetooth-Schnittstelle

Approved for PADSY

PADSY

ECG Time S/S*Accu*

Langzeit-EKG

Empfohlene Position



Abbildung beispielhaft; Anlage identisch für beide Geräte

Alternative Positionen





Technische Daten

- Automatischer Rekorder-Start
- Speicherkapazität bis zu 60 Tage
- EKG-Datenübertragung mittels USB-Interface
- Initialisierung über BT-Schnittstelle
- Akkuvariante: praktische Ladeschale, 2 in 1 (Auslesen und Laden)
- Über 3 Druckknopfelektroden
- 3 EKG-Kanäle über 3 Ableitungspunkte
- Stromversorgung: Batterie/Akku
- Betriebsdauer:
  bis zu 9 Tage (ECG Time S)
  bis zu 12 Tage (ECG Time S*Accu*)
- Abmessungen:
  ECG Time S: 71,5 x 46 x 14,7 mm
  ECG Time S*Accu*: 50 x 50 x 13,5 mm
- Gewicht:
  ECG Time S: 30 g
  ECG Time S*Accu*: 23 g

Hoher Tragekomfort

Der kabellose Rekorder mit seinem ergonomischen, anpassungsfähigen Design, ermöglicht eine einfache Applikation am Körper. Das Gewicht von leichten 23 g bzw. 30 g, erhöht zusätzlich den Tragekomfort für den Anwender.

Speicherkapazität

Mit der Kapazität von nur einer Batterie sind Aufnahmen bis zu 9 Tagen möglich. Die Variante ECG Time S*Accu* bietet Aufnahmen bis zu 12 Tagen mit nur einer Akkuladung. Bei regelmäßigem Wechsel der Batterie sowie der Elektroden bzw. Laden des Akkus, beträgt die Speicherkapazität der Rekorder bis zu 60 Tage.

Einfache Anbindung an PADSY Holter

Mit Hilfe des speziell entwickelten Initialisierungstools können die Rekorder schnell und einfach konfiguriert und in Betrieb genommen werden. Die vertraute PADSY Oberfläche lässt den Anwender schnell alle Einstellungen vornehmen und unterstützt bei der Anlagenkontrolle. Somit kann schnell und sicher mit der Aufnahme gestartet werden. Durch die USB-Schnittstelle kann die Aufzeichnung im Anschluss problemlos an die Analysesoftware PADSY Holter übertragen werden.

PRS 11.152.10-DE V01 | Wir übernehmen keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der in unserem Produktblatt bereitgestellten Informationen.

DE

Medset Medizintechnik GmbH · Curslacker Neuer Deich 66 · 21029 Hamburg
Tel. +49 (0) 40/725 822-30 · Fax -11 · **www.medset.com** · vi@medset.com

medset INNOVATION IN CARDIOLOGY